

医療機器の保守・点検記録表

医療機器販売名	耳音響放射検査装置 ILO292-USB		
製造販売業社名	リオン株式会社		
製造番号		購入年月日	
施設名		設置保管場所	

種 類	点検内容	年 月 日	点検者	結果		
使用 前 点 検	1. 外観（構造） <ul style="list-style-type: none"> ・ 本体等、構造上の破損、コードのねじれ等が無いこと。 ・ プローブ先端の清掃 プローブ先端の清掃を行う。（取扱説明書参照） ・ プローブチューブの確認 プローブチューブに汚れが無いこと 注意： プローブチューブ交換の目安は50回程度。	. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		点検 校正	年に一度、専門業者に点検校正を依頼する。	. .		良・否

修理	修理の概要・修理者名等	. .		
----	-------------	-----	--	--